



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI**  
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000069-TSE-05/03

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ**  
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

18.12.2008

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ**  
LICENCE VALID UNTIL

04.09.2027

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI**  
NAME OF THE LICENCE HOLDER

ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM  
ŞİRKETİ

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ**  
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÇAVUŞOĞLU MAH. SEDDÜLBAHİR CAD. ELSER NO:49 KARTAL  
İSTANBUL/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI**  
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ELSTER GMBH

**ÜRETİM YERİ ADRESİ**  
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

POSTFACH 129 STERNERN STR. 19-21 55252 MAINZ-KASTEL  
YURTDIŞI / ALMANYA

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

000069-TSE-05/02

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**  
REGISTERED TRADE MARK

ELSTER INSTRUMET

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI**  
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 12261 / 19.11.2018

**BELGE KAPSAMI**  
SCOPE OF LICENCE

- G 65, Qmax=100 m3/h, Qmin=1:20, DN:50, B NOMİNAL ÇAP
- G 100, Qmax=160 m3/h, Qmin=1:20, DN:50 ve 80, A VE B NOMİNAL ÇAP
- G 160, Qmax=250 m3/h, Qmin=1:20, Qmin=1:30, DN: 80, 100, B VE C NOMİNAL ÇAP
- G 250, Qmax=400 m3/h, Qmin=1:20, Qmin=1:30, DN:80, 100, 150, A, B VE C NOMİNAL ÇAP
- G 400, Qmax=650 m3/h, Qmin=1:20 Qmin=1:30, DN:100,150, A, VE B NOMİNAL ÇAP
- G 650, Qmax=1000 m3/h, Qmin=1:20, Qmin=1:30, DN: 150, B NOMİNAL ÇAP
- G 1000, Qmax=1600 m3/h, Qmin=1:20, Qmin=1:30, DN:150, A NOMİNAL ÇAP
- G 1000, Qmax=1600 m3/h, Qmin=1:20, DN:200, 250, B VE C NOMİNAL ÇAP
- G 1600, Qmax=2500 m3/h, Qmin=1:20, DN:200, 250, 300, A, B VE C NOMİNAL ÇAP
- G 2500, Qmax=4000 m3/h, Qmin=1:20, DN:250, 300, 400, A, B VE C NOMİNAL ÇAP
- G 4000, Qmax=6500 m3/h, Qmin=1:20, DN:300, 400, A VE B NOMİNAL ÇAP
- G 6500, Qmax=650 m3/h, Qmin=1:20, DN:400, 500, A VE B NOMİNAL ÇAP
- G 10000, Qmax=16000 m3/h, Qmin=1:20, DN: 500, 600, A VE B NOMİNAL ÇAP

*e-imzalı/e-signed*

02.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 66 25\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

(000069-TSE-05/03nolu belge devamı) : **ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12261 / 19.11.2018

PN 10'DAN PN 100'E KADAR, ANSI 150'DEN ANSI 600'E KADAR, t= (-25)-(+70) °C, SINIF I GAZ SAYACI-TÜRBİN  
TİPİ SAYAÇLAR;

*e-imzalı/e-signed*

02.09.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 66 25\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

